

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก โรงพยาบาลราชสีสไต ตำบลเมืองคง อำเภอราชสีสไต จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บริษัท เจ็ท เมดดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท โกลบอล เมท กรุ๊ป จำกัด
  - ๕.๓ บริษัท พิชชาพาณิชย์ จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ นายพิเชษฐ จงเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ
  - ๖.๓ นายศรีไพร ทองนิมิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ

## กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก

โรงพยาบาลราชสีเสล ตำบลเมืองคอง อำเภอราชสีเสล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง

1. ความต้องการ กล้องส่องตรวจปากมดลูกมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการส่องตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อประกอบการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อส่งตรวจวินิจฉัยโรค
3. คุณสมบัติทั่วไป
  - 3.1 กล้องส่องตรวจปากมดลูกแบบดูด้วยตาแบบหัวกล้องสองตาสามมิติ เอียง 45 องศา
  - 3.2 ควบคุมการทำงานด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายและสะดวกที่ตำแหน่งก้านด้ามจับ 1 ด้ามได้หัวกล้อง
  - 3.3 สามารถปรับกำลังขยายได้ 3 ระดับ ด้วยปุ่มหมุนปรับระดับข้างหัวกล้องตั้งแต่ระดับ 3.5x จนถึง 17.5x คือ ( 0.6, 1, และ 1.6)
  - 3.4 แขนจับกล้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านขนานที่หยุดอัตโนมัติในการวางตำแหน่งใดก็ได้
  - 3.5 สามารถปรับการมองเห็นให้ชัดเจนขึ้นแบบอัตโนมัติด้วยระบบ (Micrometric focus) โดยการปรับระยะห่างกล้องกับวัตถุ
  - 3.6 มีระยะเวลาการทำงานไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร
  - 3.7 มีระบบแสงสีเขียว (Green filter for enhance diagnostic) เพื่อตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อ
  - 3.8 มีเครื่องกำเนิดแสงแบบประหยัดพลังงาน (FIBROLUX LED HP) จำนวน 1 เครื่อง
    - 3.8.1 อายุการใช้งานตลอดไม่น้อยกว่า 60,000 ชั่วโมง
    - 3.8.2 ตัวเครื่องกำเนิดแสงสามารถปรับระดับอุณหภูมิสีของแสงได้ 3 แบบ คือ 6,000 K (white light/แสงสีขาว), แบบ 4,750 K (warm daylight / แสงสีขาวอมเหลือง) และแสงสีเขียว (Swing in Filters Green) ได้
  - 3.9 ตัวกล้องตั้งอยู่บนฐานรับน้ำหนักแบบวงกลมมีขายื่นออกมารองรับล้อเลื่อนไม่น้อยกว่า 5 ล้อและพร้อมระบบห้ามล้อ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)

(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)

(นายศรีไพร ทองนิมิต)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

#### 4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 1 ชุด
- 4.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 4.3 ผู้จำหน่ายต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
- 4.4 ผู้ขายมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และเอกสารขออนุญาตนำเข้าสินค้ากับคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุมาแสดงในวันยื่นเอกสารทางเทคนิค
- 4.5 ในระยะรับประกันหากเครื่องชำรุด หรือ ต้องส่งซ่อม ผู้จำหน่ายต้องมีเครื่องสำรองให้ใช้ทดแทน
- 4.6 รับประกันคุณภาพตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบเครื่อง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)

(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)

(นายศรีไพร ทองนิมิต)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)